PRISE SEGA VENTURI

SYSTEME D'EVACUATION DES GAZ ANESTHESIQUES

VENTURI AGSS TERMINAL UNT

ANAESTHETIC GAS SCAVENGING SYSTEM A.G.S.S

GF FOURÈS
ÉQUIPEMENTS HOSPITALIERS

PRISE SEGA VENTURI
SYSTEME D'EVACUATION DES GAZ ANESTHESIQUES
VENTURI AGSS TERMINAL UNT
ANAESTHETIC GAS SCAVENGING SYSTEM A.G.S.S

DESCRIPTION / DETAILS

La prise SEGA est un système qui permet d'évacuer les gaz anesthésiques afin d'éviter une pollution de l'air des blocs opératoires par les gaz halogénés ou protoxyde d'azote, utilisés lors de l'anesthésie.

Grâce à une taille réduite au minimum, cette prise monobloc équipée d'un voyant est facilement intégrable dans les gaines et bras plafonniers.

The AGSS terminal unit is an Anaesthetic gas scavenging system used for avoiding the pollution of the operating theatre's atmosphere with anaesthetic vapours. This system which is made in one piece and equipped with an integrated indicator is easily integrated in trunks/ pendants.

CARACTERISTIQUES / SPECIFICATIONS

Pression alimentation AC	: 4 à 6 bars
Débit AC	: 20 L / min
Volume aspiré (Sous 5 bars)	: 60 L / min
Caractéristiques diverses	: voyant de fonctionnement intégré, montage en fond de gaine en tableau ou en saillie
Conformité	: Norme EN 737 - 4

CA operating pressure	: 4 to 6 bars
CA flowrate	: 20 L I min
Aspirated volume (under 5 bars)	: 60L/min
Various features	: integrated indicator, mounting on the back or trunks or wall mounted
Conformity	: Standard NF EN7 37- 4

INSTALLATIONS / MOUNTING

Fixation en fond de gaine ou de coffret par plaque fournie

Fixation en façade de gaine ou bras par 4 vis tête fraisée M4.

Prévoir un perçage dans chaque cas pour le passage de la tête de prise, d'un voyant ainsi que pour l'accès à la vis de réglage (gabarit fourni). Possibilité de montage sur face avant pré-percée fournie en option.

Mounting on the back of trunks or boxes, with plate

Mounting on front of trunks or pendants with 4 M4 screws.

In each case, drill a hole to built in the head of the system the indicator and the adjusting screw. Possibility of pre drilled front plate mounting provided on request.

OPTIONS / OPTIONS

- Embout prise murale type 1/45
- Boîtier saillie pour prise SEGA
- Tuyau ø 22 annelé lg 3m avec embout évent cône F22
- Tuyau ø 22 annelé lg 3m avec embout évent cône F30

- Probe type1/45
- Wall mounted box for AGSS terminal unit
- Ringed pipe ø 22 lg.3m with vent cone tip F22
- Ringed pipe ø 22 lg.3m with vent cone tip F30

GF FOURÈS
ÉQUIPEMENTS HOSPITALIERS

Parc Rémora - 8 rue Rémora - 33173 GRADIGNAN - FRANCE
Tél : + 33 (0)5 56 89 26 60 - Fax : + 33 (0)5 56 89 54 42

sasfoures@foures.fr - www.foures.fr

905035550. Compos'it 05 56 04 99 70. Photos non contractuelles.